

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:	MESA DE PARTOS ELÉCTRICA
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
EQUIPO BIOMÉDICO DE DISEÑO ERGONÓMICO TIPO MESA/CAMA PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES OBSTÉTRICAS CON ACCIONAMIENTO POR SISTEMA ELÉCTRICO QUE PERMITE A LA GESTANTE ADOPTAR MÚLTIPLES POSICIONES.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A	GENERALES
A01	MESA MONTADA SOBRE COLUMNA(S) TELESCÓPICA(S)
A02	ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO MOTORIZADO (RUIDO MENOR O IGUAL A 65dB)
A03	PANEL(ES) DE CONTROL, PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA MESA, INCLINACIÓN DEL ASIENTO E INCLINACIÓN DEL RESPALDO COMO MÍNIMO.
A04	BARANDAS O ASAS LATERALES PLEGABLES O RECLINABLES
A05	PLACA O SEGMENTO APOYA PIERNAS (O APOYA PIES) DESLIZABLE BAJO EL ASIENTO O DESMONTABLE
A06	APOYA PIERNAS (PIERNERAS), CON MOVIMIENTOS LATERALES, VERTICALES Y ANGULARES
A07	ANCHO TOTAL DE LA SECCIÓN DE RESPALDO O ASIENTO ENTRE 850 Y 1000 MM. (SIN ACCESORIOS)
A08	CARGA MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 250 KG
A09	RODABLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO O FRENO
A10	APTO PARA COLOCAR PORTASUEROS
A11	GRADO DE PROTECCIÓN IPX4 O SUPERIOR
	MOVIMIENTOS DEL EQUIPO
A12	ASCENDENTE HASTA 900 MM. O MÁS RESPECTO AL SUELO
A13	DESCENDENTE HASTA 550 MM. O MENOS RESPECTO AL SUELO
A14	INCLINACIÓN DEL RESPALDO DE HASTA 70° O MÁS
A15	INCLINACIÓN DEL ASIENTO DE HASTA 12° O MÁS
A16	TRENDELENBURG
	POSICIONES DE LA GESTANTE
A17	POSICIÓN GINECOLÓGICA
A18	POSICIÓN SENTADA O SEMISENTADA
A19	POSICIÓN VERTICAL (USO CON BARRA O AGARRADERA EN LA BASE)
	RUEDAS
A20	DIÁMETRO: MAYOR O IGUAL A 15 CM
A21	SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO
B	ACCESORIOS
B01	JUEGO COMPLETO DE COLCHONETAS CON SIN COSTURAS (SELLADOS)
B02	UNA (01) CUBETA O PALANGANA DE DESECHOS PROFUNDA (UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO) DE ACERO INOXIDABLE
B03	DOS (02) ASAS O PALANCAS DE AGARRE LATERALES
B04	UNA (01) BARRA O AGARRADERA
B05	UN (01) PORTASUERO TELESCÓPICO REGULABLE EN ALTURA (DESMONTABLES)
B06	CONTROL REMOTO O PEDAL (ALÁMBRICO O INALÁMBRICO). PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTOS: ALTURA, RESPALDAR Y ASIENTO COMO MÍNIMO
B07	UN (01) ESTABILIZADOR EXTERNO DE VOLTAJE DE ESTADO SÓLIDO (SIN RELE), FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON LÍNEA A TIERRA, VARIACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA MENOR O IGUAL A $\pm 5\%$ Y POTENCIA SUPERIOR EN 25% O MÁS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO.
C	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
C01	220 VAC / 60Hz. (CON TOLERANCIA SEGÚN CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
C02	BATERÍA(S) DE RESPALDO