ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:	MESA DE OPERACIONES PARA USO GENERAL
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A	**GENERALES**
A01	RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS
A02	ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICO Y/O ELECTRO MECÁNICO
A03	RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CON SISTEMA DE FRENADO
A04	COMANDO DE CONTROLES CON CABLE
A05	COMANDO DE CONTROL INALÁMBRICO (REMOTO), INCLUIR CARGADOR SI LO REQUIERE
A06	CONTROLES AUXILIARES UBICADOS EN LA BASE O COLUMNA
A07	PEDAL DE CONTROL
A08	FUNCIÓN QUE PERMITA VOLVER AL TABLERO A UNA POSICIÓN HORIZONTAL O CARACTERÍSTICA (FUNCIÓN NIVEL O RETORNO)
A09	FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL PACIENTE. NORMAL E INVERSA
A10	SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
A11	CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X
A12	DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C)
A13	PLACA APOYA PIERNAS EN DOS PIEZAS (UNA PARA CADA PIERNA. CON ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN) O EN UNA PIEZA (EN ESTE CASO ADICIONAR UN PAR DE PORTA PIERNAS PARA EL PIE Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA SON REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN. ALMOHADILLAS Y FIJADOR A RIEL LATERAL)
A14	CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 460 kg
A15	INTERFASE CON CAPACIDAD PARA DIAGNOSTICO Y/O SERVICIO TÉCNICO
A16	LA MESA QUIRÚRGICA DEBE PERMITIR EL FÁCIL ACCESO DE LA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"
A17	LARGO DE LA PLATAFORMA DE LA MESA 2060 mm O MÁS
A18	ANCHO DE LA PLATAFORMA DE LA MESA 550 mm O MÁS
A19	MESA Y TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 316L
A20	PROTECCIÓN IPX4 O SUPERIOR CONTRA LÍQUIDOS
B	**CONTROL DE MOVIMIENTOS**
B01	TRENDELENBURG 40° O MÁS
B02	TRENDELENBURG INVERSA 40° O MÁS
B03	SECCIÓN ESPALDA HACIA ABAJO 40° O MÁS
B04	SECCIÓN ESPALDA HACIA ARRIBA 80° O MÁS
B05	INCLINACIONES LATERALES 30° O MÁS
B06	SECCIÓN PIERNAS HACIA ABAJO 90° O MÁS
B07	SECCIÓN PIERNAS HACIA ARRIBA 25° O MÁS
B08	MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1080mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO
B09	MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 680mm O MENOS RESPECTO AL SUELO
B10	MOVIMIENTO FLEX
B11	MOVIMIENTO REFLEX O BEACH CHAIR
B12	DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE AL MENOS 400 mm
B13	ÁNGULO DE ELEVACIÓN DEL BANCO DE RIÑONES 110°
B14	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS DE AL MENOS 25 CICLOS. UN CICLO CONSTA DE LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA
C	**ADITAMENTOS**
C01	ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSIÓN LATERAL CON FIJADOR A RIEL LATERAL (UNA UNIDAD).
C02	APOYA BRAZO, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACIÓN (DOS UNIDADES)
C03	APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICIÓN EN DE CUBITO LATERAL CON CORREA Y FIJADOR AL RIEL LATERAL (UNA UNIDAD)
C04	FIJADOR RADIAL (GIRATORIO) CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL RIEL LATERAL (DOS UNIDADES)
C05	PORTA CHASIS PARA PLACAS RADIOGRÁFICAS (UNA UNIDAD)
C06	COLCHONETAS LAVABLES (RESISTENTE A AGENTES DESINFECTANTES USADOS EN SALAS DE OPERACIONES), ACOLCHADAS, IMPERMEABLES, DESMONTABLES, TRANSPARENTES A LOS RAYOS X (UN JUEGO COMPLETO) COMO MÍNIMO

C07	CINTURÓN DE FIJACIÓN PARA EL PACIENTE (UNA UNIDAD)
C08	CABECERA DESMONTABLE (UNA UNIDAD)
C09	CARRO-COCHE PORTA ACCESORIOS (UNA UNIDAD)
C10	PLACA(S) APOYA PIES PARA POSICIÓN TRENDELENBURG INVERSA
C11	MUÑEQUERAS (UN PAR) PARA RIELES LATERALES Y UNA UNIDAD PARA SOPORTE-ARCO DE ANESTESIA
C12	APOYA CABEZA CON SISTEMA DE FIJACIÓN ARTICULABLE (UNA UNIDAD)
C13	PORTA SUERO TELESCÓPICO MÚLTIPLE (UNA UNIDAD)
C14	APOYA HOMBRO CON FIJADOR Al RIEL LATERAL (UN PAR)